

商品企画書



T094-1272 新潟県燕市杉柳912(物流センター入口)
 TEL 0256-63-4541代 FAX 0256-64-2960
 E-mail kanda@kankuma.co.jp
 URL: http://www.kankuma.co.jp

商品名

研究用抗原検査キット(唾液用)COVID-19 AG

新型コロナウイルス

抗原検査キット

COVID-19 AG 変異株対応

- 唾液によるセルフ検査
- 99.28% 高精度
- 8分 迅速判定!

- CE ヨーロッパ安全性能基準適合
- 研究用
- 検査1回分
- 個別密封包装



『世界中で認証・登録許可証を取得』

- ヨーロッパ連合(EU)加盟国の規格を統一した安全基準を満たしております。
- 製造所は医療機器における品質マネジメントシステムの国際規格ISO13485を取得しております。
- ドイツ連邦医薬品医療機器研究所(BfArM)のリストに登録しております。



くわしくは、メーカーHPまで

誰でも簡単 4ステップで検査完了

- 検体希釈液入り容器のキャップを外し、ろうとをセットします。
- 1mLのラインに達するまでろうとに唾液を吐き出し、ろうとを外します。
- キャップを閉めて、容器をよく振ってください。
- キャップを外し、スポイトで抽出します。テストプレートに検体を3滴落とし、8分間待ちます。



※ 当社製品は新型コロナウイルスの診断結果を調べるものではありません。

※ 当社製品は研究用キットです。

注意事項 使用期限: 2年

発売日	
ケース備考欄	品番: KO264

商品CD	商品名	サイズ(約)	材質/成分	重量(約)	定価	率	JANコード
600001	研究用抗原検査キット(唾液用)COVID-19 AG				¥3,300	C	4573284127719

大切な家族や自分を守るために、気になったらすぐに検査を!

